PDT (Pistes de Désocclusion Totale)



Les PDT constituent un traitement orthopédique précoce. Elles permettent de changer la forme des arcades dentaires, afin de réharmoniser la croissance à travers le jeu des forces de la mastication

Le port de l'appareil :

Dès le départ, l'appareil est porté tout le temps, y compris pendant les repas. Il est nécessaire de mastiquer les aliments « fermes » avec l'appareil (par exemple : saucisson, pommes, carottes crues…). Ne pas manger de bonbons durs avec l'appareil. Enlever l'appareil pour le brossage des dents et pour la pratique de sports de contact.

L'entretien de l'appareil :

Brosser l'appareil avec une brosse à dent et du dentifrice

L'activation des vérins :

Elle est à réaliser avec la clé fournie avec l'appareil, 2 fois par semaine (mercredi et dimanche) :

- Visualiser la flèche indiquant le sens du vérin,
- Positionner la clé dans le trou situé au « pied » de la flèche,
- Pousser la clé dans le sens de la flèche,
- Le trou de l'activation suivante est visible au « pied » de la flèche.



L'appareil



Position de la clé avant activation



Position de la clé après activation

Cabinet PICARD – METAIS

20, rue d'Iéna. 56300 PONTIVY – 02.97.25.57.55
cabinet.picard.metais@gmail.com - https://cabinet-dentaire-pontivy.fr